

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI ¹⁾**

Projekt 2006-10-05

z dnia..... 2006 r.

**w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać naczynia
wyszynkowe oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych
przyrządów pomiarowych²⁾**

Na podstawie art. 9 a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243 poz. 2441 z późn. zm. ³⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Rozporządzenie określa:

- 1) wymagania w zakresie wykonania oraz charakterystyk metrologicznych podlegające sprawdzeniu podczas legalizacji ponownej naczyń wyszynkowych;
- 2) szczegółowy zakres sprawdzeń wykonywanych podczas legalizacji ponownej naczyń wyszynkowych.

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do naczyń wyszynkowych wykonanych z metalu, wprowadzonych do obrotu lub użytkowania w wyniku dokonania oceny zgodności.

§ 2.1 Na naczyniach wyszynkowych powinny być naniesione w sposób trwały i wyraźny następujące oznaczenia i znaki:

- 1) oznakowanie CE, dodatkowe oznakowanie metrologiczne oraz numer jednostki notyfikowanej;
- 2) nazwa lub znak producenta;
- 3) numer certyfikatu badania typu WE, jeśli ma to zastosowanie;
- 4) pojemność nominalna naczynia;
- 5) oznaczenia identyfikacyjne, w szczególności numer fabryczny.

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu, pod numerem....., zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r. z późn. zm., Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, Roz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr ..., poz.

2. Na naczyniach wyszynkowych mogą być umieszczone oznaczenia maksymalnie trzech objętości, w taki sposób, aby były wyraźnie widoczne i nie powodowały możliwości pomylenia ich z innym oznaczeniem.

3. Wszystkie znaki napełnienia powinny być wystarczająco wyraźne i trwałe tak, aby zapewnić, że w użytkowaniu błędy graniczne dopuszczalne (MPE) nie będą przekroczone.

§ 3. Ustala się następujące warunki odniesienia dla naczyń wyszynkowych:

- 1) temperatura odniesienia: 20 °C;
- 2) w pozycji poprawnego wskazania naczynie wyszynkowe powinno swobodnie stać na poziomej powierzchni.

§ 4. Błędy graniczne dopuszczalne (MPE) naczyń wyszynkowych podczas legalizacji ponownej nie powinny przekraczać wartości określonych w tabeli:

	Naczynie z kresą	Naczynie krawędziowe
Naczynia przenoszone		
< 100 ml	± 2 ml	0 + 4 ml
≥ 100 ml	± 3 %	0 + 6 %
Naczynia wyszynkowe do bezpośredniego podawania cieczy do konsumpcji		
< 200 ml	± 5 %	0 + 10 %
≥ 200 ml	± (5 ml + 2,5 %)	0 + 10 ml + 5 %

§ 5. Podczas legalizacji ponownej naczyń wyszynkowych należy sprawdzić czy:

- 1) na naczyniach tych naniesione są oznaczenia i znaki, o których mowa w § 2;
- 2) w przypadku naczyń wyszynkowych, z których ciecz przelewana jest do innych naczyń bezpośrednio przed konsumpcją:

- a) przy zmianie napełnienia równej błędowi granicznemu dopuszczalnemu (MPE) zapewniona jest zmiana poziomu o co najmniej 2 mm od krawędzi lub od znaku napełnienia,
- b) nie ma utrudnień podczas wylewania mierzonej cieczy;
- 3) w warunkach odniesienia błędy wskazań nie przekraczają wartości błędów granicznych dopuszczalnych naczyń wyszynkowych.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER GOSPODARKI

UZASADNIENIE
do projektu rozporządzenia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać naczynia
wyszynkowe

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 9a ustawy Prawo o miarach (Dz.U. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.) i w tym zakresie określa:

- 1) wymagania w zakresie wykonania oraz charakterystyk metrologicznych dla naczyń wyszynkowych objętych legalizacją ponowną po ocenie zgodności;
- 2) szczegółowy zakres sprawdzeń wykonywanych podczas legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej.

Aktualnie naczynia wyszynkowe nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej.

W dniu 31 marca 2004 r. została przyjęta przez Komisję Europejską dyrektywa nowego podejścia 2004/22/WE w sprawie przyrządów pomiarowych (MID - skrót pochodzi od angielskiej nazwy dyrektywy – *Measuring Instruments Directive*), Dyrektywa MID została opublikowana w Dzienniku Urzędowym WE nr L135 z dnia 30 kwietnia 2004 r. i zgodnie z jej art. 23 i art. 24 powinna zostać wdrożona do ustawodawstw państw członkowskich do dnia 30 kwietnia 2006 r., a od 30 października 2006 r. państwa członkowskie powinny zacząć stosować ją w praktyce. Dyrektywa ta uchyla z dniem 29 października 2006 r. 11 dyrektyw starego podejścia dotyczących przyrządów pomiarowych objętych prawną kontrolą metrologiczną .

W związku z tym z dniem 30 października 2006 r. naczynia wyszynkowe powinny zostać objęte systemem oceny zgodności oraz legalizacją ponowną.

Ponieważ prawna kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych jest wykonywana na terenie RP na podstawie ustawy Prawo o miarach, a ocena zgodności jest wykonywana na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności, przygotowana została nowelizacja ustawy Prawo o miarach i ustawy o systemie oceny zgodności, (w maju br. został zakończony proces uzgodnień międzyresortowych), mająca m.in. na celu powiązanie oceny zgodności przyrządów przed wprowadzeniem do obrotu i użytkowania z prawną kontrolą metrologiczną tych przyrządów w użytkowaniu. Zgodnie z przepisami zawartymi w tym projekcie zmienia się m.in. aktualnie obowiązujący przepis art. 8m ustawy Prawo o miarach określający zasady wykonywania legalizacji przyrządów pomiarowych, który otrzyma brzmienie:

„Art. 8m. 1. Podczas legalizacji pierwotnej organ administracji miar oraz podmiot upoważniony **przeprowadzają sprawdzenie przyrządu pomiarowego pod względem zgodności z zatwierdzonym typem lub z wymaganiami określonymi w przepisach, obowiązujących w dniu wydania decyzji zatwierdzenia typu (...).**

3. Podczas legalizacji ponownej, z zastrzeżeniem ust. 4, organ administracji miar oraz podmiot upoważniony przeprowadzają sprawdzenie przyrządu pomiarowego **pod względem zgodności z zatwierdzonym typem lub z wymaganiami określonymi w przepisach, obowiązujących w dniu wydania decyzji zatwierdzenia typu (...).**

4. Podczas legalizacji ponownej przyrządu pomiarowego, wprowadzonego do obrotu lub użytkowania w wyniku dokonania oceny zgodności, organ administracji miar oraz podmiot upoważniony przeprowadzają sprawdzenie tego przyrządu **pod względem zgodności z wymaganiami obowiązującymi w roku w którym dokonano oceny zgodności, określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9a.”**

Mając na uwadze powyższe projektodawca stwierdził, iż zrealizowanie pełnej delegacji ustawowej zawartej w art. 9a ustawy Prawo o miarach w zakresie przyrządów pomiarowych objętych dyrektywą MID, mogłoby stać z nią w sprzeczności,.

W związku z tym stwierdzono, iż w celu umożliwienia wykonania przepisów dyrektywy MID, po znowelizowaniu ustawy Prawo o miarach, niezbędne jest jedynie określenie na podstawie art. 9a ustawy Prawo o miarach dla przyrządów pomiarowych objętych dyrektywą:

- 1) wymagań w zakresie charakterystyk metrologicznych dla przyrządów objętych legalizacją ponowną po ocenie zgodności.
- 2) szczegółowego zakres sprawżeń wykonywanych podczas legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej;

Dodatkowo możliwe jest określenie:

- 1) sposobów i metod przeprowadzania sprawżeń;
- 2) wymagań w zakresie warunków właściwego stosowania tych przyrządów;
- 3) miejsc umieszczania na przyrządach cech legalizacji i zabezpieczających;

Przy czym zakłada się, że przepisy te wejdą w życie po nowelizacji ustawy Prawo o miarach.

Uwzględniając, iż naczynia wyszynkowe nie były i nie są objęte prawną kontrolą metrologiczną w Polsce niniejszy projekt rozporządzenia zawiera przepisy regulujące jedynie, jak określono na wstępie:

- 1) wymagania w zakresie wykonania oraz charakterystyk metrologicznych dla naczyń wyszynkowych objętych legalizacją ponowną po ocenie zgodności;
- 2) szczegółowy zakres sprawdzeń wykonywanych podczas legalizacji ponownej.

Przepisy rozporządzenia będą miały zastosowanie do naczyń wyszynkowych wprowadzonych do obrotu lub użytkowania na podstawie oceny zgodności – i zgłaszanych podczas użytkowania do legalizacji ponownej.

Przepisy niniejszego rozporządzenia nie stoją w sprzeczności z przepisami dyrektywy MID.

Przedmiotowy projekt rozporządzenia wymaga notyfikacji. Projekt spełnia przesłanki określone w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 z późn. zm.).

Projekt omawianego rozporządzenia został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu Miar, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. *o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa* (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).

Ocena skutków regulacji (OSR)

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje rozporządzenie.

Rozporządzenie oddziałuje na podmioty zajmujące się produkcją, obrotem oraz użytkowaniem naczyń wyszynkowych.

Ponadto rozporządzenie oddziałuje na organy administracji miar w zakresie wykonywania prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych.

2. Konsultacje społeczne.

Projekt rozporządzenia został umieszczony na stronach internetowych GUM.

Ponadto projekt został skonsultowany z następującymi podmiotami:

- Business Centre Club,
- Konfederacja Pracodawców Polskich,
- Konfederacja Pracodawców Prywatnych,
- Federacja Konsumentów,
- Krajowa Izba Gospodarcza,
- Polskie Centrum Akredytacji,
- Centralny Instytut Ochrony Pracy,
- Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Technicznego Metal-Chem Sp. z o.o.,
- LABMED HK- Henryk Kłosowiak,
- Krośnieńskie Huty Szkła- Krosno S.A.,
- Wytwórnia Szkła Technicznego i Laboratoryjnego.

W trakcie konsultacji nie zgłoszono uwag do projektu.

3. Wpływ rozporządzenia na dochody i wydatki sektora finansów publicznych.

Wejście w życie rozporządzenia powinno mieć wpływ na zwiększenie dochodów budżetu państwa, gdyż zgodnie z ustawą – Prawo o miarach (art. 24) za czynności wykonywane podczas prawnej kontroli metrologicznej pobiera się opłaty, które stanowią dochód budżetu państwa. Ponadto wprowadzanie naczyń wyszynkowych do obrotu lub użytkowania na podstawie oceny zgodności wiązać się będzie również z ponoszeniem opłat.

Ponieważ jednak naczynia wyszynkowe po raz pierwszy od dnia 30 października 2006 r. objęte będą oceną zgodności i prawną kontrolą metrologiczną w zakresie legalizacji ponownej nie jest możliwym oszacowanie wzrostu dochodów budżetu państwa.

W pozostałym zakresie rozporządzenie nie powinno mieć wpływu na dochody i wydatki sektora finansów publicznych, w szczególności na dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wpływ rozporządzenia na rynek pracy.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje skutków związanych z rynkiem pracy.

5. Wpływ rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Wejście rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. Konieczność ponoszenia opłat za dokonanie oceny zgodności i legalizację ponowną naczyń wyszynkowych może mieć wpływ na warunki funkcjonowania

przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, importem i użytkowaniem naczyń wyszynkowych.

6. Wpływ rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny.

Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia w powyższym zakresie.